


# 仕 様 書

## Specification

| 項 目<br>Item                         |                       | 内 容<br>Specifications                                |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 名 称<br>Type                         |                       | φ 7 5 0 . 2 M P a 圧力計<br>φ 7 5 0.2MPa Pressure Gauge |
| 型 式<br>Model                        |                       | A T 3 / 8 7 5 × 0 . 2 M P a                          |
| 大 き さ<br>Size                       |                       | φ 7 5                                                |
| 構 造<br>Structure                    |                       | 一般構造圧力計<br>General Pressure Gauge                    |
| 外 装<br>Case Finish                  | 内 枠<br>Inner Frame    | 黒色<br>Black                                          |
|                                     | 外 枠<br>Outer Frame    | S U S 生地<br>ST. STEEL                                |
| 接 続 ね じ<br>Connection               |                       | G 3 / 8                                              |
| 精 度<br>Accuracy                     |                       | ± 1 . 5 % F . S . 以 内<br>± 1 . 5 % F.S.              |
| 使用温度範囲<br>Working Temperature Range |                       | − 5 ∼ 4 5 ℃                                          |
| 圧 力 レ ン ジ<br>Pressure Range         |                       | 0 ∼ 0 . 2 M P a ( 2 k g f / c m 2 )                  |
| 最 小 目 盛 り<br>Minimum Scale Value    |                       | 0 . 0 1 M P a ( 0 . 1 k g f / c m 2 )                |
| 材 質<br>Material                     | ブルドン管<br>Bourdon Tube | C 6 8 7 2 T<br>COPPER ALLOY                          |
|                                     | 株<br>Socket           | C 3 6 0 4 B D<br>BRASS                               |
|                                     | 内 枠<br>Inner Frame    | S E C C<br>STEEL PLATE                               |
|                                     | 外 枠<br>Outer Frame    | S U S 4 3 0<br>ST. STEEL                             |
| 備 考<br>Note                         |                       |                                                      |



DATE: Apr.7.2025

**ITO 株式会社 [ ITO Corporation ]**

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590